

Szanowni Państwo.

W związku zapytaniem ofertowym na dostawę Automatycznych defibrylatorów AED w ramach programu **„ZDAŹYĆ Z POMOCĄ”**

Zwracamy się z prośbą o zmianę 3 punktów, co pozwoli na złożenie ofert przez kilka producentów sprzętu AED oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

ZAPIS NR.1, pkt 2

– wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii

Prosimy o usunięcie zapisu.

Uzasadnienie: zapis powstał w celu zablokowania możliwości składania ofert przez firmy oferujące AED z systemem zintegrowanych baterii z elektrodami.

W każdym przypadku użycia AED – wymieniamy element elektrod + baterii bezpłatnie – więc nie stanowi to żadnego kosztu. Dodatkowo zyskują Państwo baterię o nowym terminie przydatności na kolejne 4 lata (brak kosztu zakupu) i koszt bezpłatnych elektrod.

W przypadku producentów, gdzie te dwa elementy występują oddzielnie – są Państwo zmuszeni do ponoszenia kosztów wymiany elektrod na nowe.

Nie widzimy więc uzasadnienia dla utrzymania zapisu, który powoduje, że użycie defibrylatora generuje koszty podczas gdy istnieją na rynku rozwiązania, pozwalające na ich uniknięcie.

ZAPIS NR.2 pkt 4/10

1. Czy Zamawiający dopuści przeprowadzenie autotestów w trybie cotygodniowym, z zastrzeżeniem, że **a codzienna gotowość do pracy powinna być oznaczona wskaźnikiem widocznym na panelu głównym urządzenia a więc w przypadku awarii lub słabej baterii urządzenie wskazuje problem niezależnie od autotestów?**

Uzasadnienie: Autotesty w cyklu cotygodniowym to całkowicie wystarczająca i typowa dla defibrylatorów AED częstotliwość dla sprawdzenia obwodów i działania sprzętu. W przypadku słabej baterii czy innej usterki defibrylator wskazuje ją od razu, niezależnie od autotestu, więc zasada działania jest taka sama.

Gotowość do pracy powinna być utrzymana cały czas – i sygnalizowana stanem naładowania baterii lub migającą diodą potwierdzającą jej dobry stan naładowania.

ZAPIS NR.3, pkt 4

2. Czy Zamawiający dopuści baterie posiadające łącznie zapas energii na 100 wyładowań?

Uzasadnienie: Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszych działań poza reanimacją. Ilość 200 wyładowań na jednej baterii to zapas ponad 25 krotnie przekraczający realne zapotrzebowanie.

Jednocześnie w przypadku użycia AED w celu ratowania życia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej akcji ratowniczej, co powoduje że Zamawiający niezależnie od czasu i częstotliwości używania AED po każdorazowej akcji będzie wyposażony w nową baterię zapewniającą kolejne 100 wyładowań.

Swoją prośbę motywujemy faktem, że specyfikacja w obecnym wymiarze jest specyfikacją jednego konkretnego urządzenia, co powoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu innych firm, aniżeli jedna, spełniająca wymogi tej specyfikacji.

Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby dzięki czemu będziemy mogli Państwu zaproponować najlepsze rozwiązanie na rynku i sprzęt produkowany przez światowego lidera AED. W chwili obecnej specyfikacja dopuszcza tylko jeden model defibrylatora AED, co ogranicza zasadę zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Wszystkie Państwa prośby zostały uwzględnione.

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

4