

W Specyfikacji zapytania ofertowego „Zdążyć z pomocą” , prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt.8 wprowadza się następujące zmiany:

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 1) pierwotne brzmienie „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu „Zdążyć z pomocą” dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów, którego opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowiązany **do udzielenia 2 letniej gwarancji producenta na cały przedmiot zamówienia i jego elementy składowe.**”

nowe brzmienie „Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja projektu „Zdążyć z pomocą” dotyczącego dostawy i montażu 8 szt. defibrylatorów, którego opis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA- Wykonawca jest zobowiązany **do udzielenia 5 letniej gwarancji producenta na cały przedmiot zamówienia.**”

Załącznik nr 1 **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „ZDAŻYĆ Z POMOCĄ”** **Szczegółowy opis defibrylatora**

- 2) pierwotne brzmienie pkt 2 „ Defibrylator z baterią oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii”, w nowym brzmieniu **skreśla się** zapis ~~wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii-~~

nowe brzmienie pkt 2„Defibrylator z baterią oraz jedną parą elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci lub jedną uniwersalną parą elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody jednorazowe.”

- 3) pierwotne brzmienie pkt 4” Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

- możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych.

- urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania.

- posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.”

nowe brzmie pkt 4 „Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

- algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

- możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych.

- urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym lub tygodniowym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania

z zastrzeżeniem, że codzienna gotowość do pracy powinna być oznaczona wskaźnikiem widocznym na panelu głównym urządzenia a więc w przypadku awarii lub słabej baterii urządzenie wskazuje problem niezależnie od autotestów.

- posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami."

- 4) pierwotne brzmienie pkt 5 „Wyposażony w baterię nieładowną objętą gwarancją producenta, zapewniającą nie mniej niż **200 wyładowań** maksymalną energią. Okres trwałości elektrod 24 miesiące i więcej."

*nowe brzmienie pkt 4 „Wyposażony w baterię nieładowną objętą gwarancją producenta, o **żywołności 5 lat**, zapewniającą nie mniej niż **100 wyładowań** maksymalną energią. Okres trwałości elektrod 24 miesiące i więcej."*

Załącznik nr 2 **OFERTA WYKONAWCY**

- 5) pierwotne brzmienie pkt3 „Udzielamy **2 letniej** gwarancji na przedmiot zamówienia i jego elementy składowe"

*nowe brzmienie pkt 3„ udzielamy **5 letniej** gwarancji na przedmiot zamówienia".*

Rawa Mazowiecka, dnia 12.10.2017r

BURMISTRZ MIASTA

Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Niniejsze zmiany zatwierdzam